佐剂乳化器

货号： BDYQ1001

类别： 杂交瘤融合筛选

规格： 个

详情： 乳化器操作视频

说明：
1、本产品单次乳化液体量范围约为250ul~20ml。
2、本产品标配一支乳化针头。
3、针头清洗方法：用75%酒精擦拭两遍即可（第二遍用新棉球）。
4、乳化时间建议：一般1-10ml乳化量3-5分钟即可，最多不要超过10分钟。
5、注意乳化器操作视频中的操作方式，整体从上到下，局部上下摆动前进。